Ansicht ohne Deckel dargestellt





ST2M21688

Hierzu:

FPS	2M21702
Kabelschema Sensor	2M21687
Kabelbinder	8712007(2x)
Schrumpfsh 2.4-1.2x0.51-RT102 (10lg,19x)	
verpackt in:	Flachbeutel mind. 220x300 DWN 1210
	8710703

scale: 1:1	general talerances: ---	material: ---	safely class: <s> 0, <m> 0		
field reserved	revision texl: Registrierpflicht entfaellt, Aufkleber 8309136 entfaellt Kennzeichnung nach DWN 419-A entfaellt, DWN 418 wird ungueltig (1999/CC/ 15)				
filing depl.: 2950	respansibte depl.: 3401		author	appraved	canlracl
		date	06.10.1999	06.10.1999	n
		name	Stickel/Me	Aval	
type: drawing	tanguage: de	title: Sensor, vollst.Incu.8000 IC			
	replacemenl far: 2M21688-08	number: 2M21688			
creating syslem: CADRA	release stalus: FREI	revision index: 09	accures: --	page/af: 01/01	

Dräger Medizintechnik GmbH
D-23542 Lübeck

size A3

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / content is forbidden
without express author's rights.
Dräger Medizintechnik GmbH. D-23542 Lübeck
All rights reserved.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use, transmission and communication of this document without our permission is prohibited.
DRÄGERWERK AG Lübeck



=OA= --	=OB= --	=OC= --				
Werkstoff ---			01	3x	Darstellung u. Farben der Kabel geaendert / Meyer	
						(48/96)
			Aend Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab ---	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1996	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Bearb	05.03.	LIE/Oll	
			Gepr.	05.03.	Conrad	
				--	--	
PROO	CADRA=8	Benennung Kabelschema, Sensor (Incubator 8000)			Zeichnungs-Nr. 2M21687	
					Ersatz fuer 2M21687-00	
					Ersetzt durch	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
DRÄGERWERK A.G. Lübeck

Ansicht ohne Deckel dargestellt



Hierzu:

FKV	K02442
Stückliste	St8290380
Kabelschema Sensor	8290381
Kabelbinder	8712007 (2x)
Schrumpfsh 2.4-1.2x0.51-RT102 (10lg,23x)	
verpackt in:	Flachbeutel mind. 220x300 DWN 1210
	8710703

=OA=	=OB=	=OC=				
Werkstoff			2	4x	Abt.u. Ansicht geändert, Ausbruch gestrichen, Registrierpflicht hinzu (30/92)	
-----			Aend Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	1991	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
1 : 1	---	RM	Bearb	10.03.	MART.	
			Gepr.			
INFO	CADRA	Benennung: Sensor, kpl. (Incu. 8000)				Zeichnungs-Nr. 8290380
						Ersatz fuer 8290380 "01"
						Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG, Lübeck

(8712007)

(8200608)

ws
ws
bl
bl
sw
sw
rt
rt

(6850573,2x)

br
sw
gn

(8200486)

Abschirmung

br
rt
or
ws-sw
ws-rt
sw
ws
ws-or
ge
gn
bl
ws-vi
ws-bl
ws-gn
ws-ge

(8290367)

(8712007)

(8290382)

alle Anschlüsse
ausser die mit * gekennzeichneten
mit Schrumpfschlauch
(2.4-1.2x0.51-RT102)
gesichert.

ws
ws-br
gr
vi

(8200497)

=QA= --	=QB= --	=QC= --				
Werkstoff -----			-	--		
			Aend. Ziffer	kamml var	Aenderungen	
Maszstab --	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung OP	1988	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Bearb	28.11.	LIE	
			Gepr.		LIE	
		Benennung Kabelschema, Sensor (Inku. 8000)				Zeichnungs-Nr. 8290381
INFQ	CADRA					Ersatz fuer / Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
DRÄGERWERK AG Lübeck



Buchsen-Nr.	Adernfarbe
1	br
2	rt
3	or
4	ge
5	gn
6	bl
7	vi
8	gr
9	ws
10	sw
14	ws-ge
15	ws-gn
16	ws-bl
17	ws-vi
18	ws-sw
21	ws-br
22	ws-rt
23	ws-or

hierzu: St 8290382

Ausführung nach DWN 3012

=QA=	=QB=	=QC=
- -	- -	- -

Werkstoff	Aend Ziffer	kommt vor	Aenderungen
- - - - -	3	2x	Abt. geändert, Leitung u. Schlauch gestr. (30/92)

Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung		Name
1 : 1	- - -	RM	1992 Tag	
			Bearb 10.03.	MART.
			Gepr.	LIE

Drägerwerk Aktiengesellschaft

Dräger

Benennung	Zeichnungs-Nr.
Kabelbaum Sensorstecker	8290382
	Ersatz fuer 8290382*02*
	Ersetzt durch

INFO CADRA

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express author. / All rights reserved
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck



1 : 1



Elektronik-Komponenten vergossen mit
"Sylgard 170 A+B" (+50% Al_2O_3 - Pulver)
der Fa. DOW CORNING, Belgien
- Schichtdicke 1±0.5
ausgenommen: -freie Loetstuetzpunkte,
-Buchse X1

- ◯ gekennzeichnete Flaechen Ø8^{-1}

Eingangsspannung an X2 (+) und X4 (GND):
U=12.0V (12.0V...13.0V)

Ausgangsspannung an X3 (+) und X4 (GND):
U=1.05V...8.15V 0...100% rel. Feuchte

⑤ Anlieferungsszustand:
Abgleich entgegen der Spezifikation
um 5% RH nach unten korrigiert

Hersteller: Driesen + Kern
2000 Tangstedt 1

Bezeichnung: "Humidity Module HMM 52D"

hierzu: St 8290367

scale: 2:1	general tolerances: ISO 2768-c	material:	safety class: <s> 0 <m> 0
field reserved	revision text: Mosze geoendert, Text neu (1999/CC/111)		
filing dept.: 2950	responsible dept.: 3401	author / approved / contract: date 09.03.1999 09.03.1999 name Stickel Kleinert n	
type: drawing	language: de	title: Feuchtesensor, vollst.	
	reptocement for: 8290367-04	number: 8290367	
creating system: CADRA	release status: PROD	revision index: 05	accures: 4x / page/af: 01/01

Dräger

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A3